

PROCOLOS INICIAIS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  
NEURO – PADI NORMA 1

1. RM Crânio – Isquemia Aguda

Sequências Mínimas Obrigatórias	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
Sagital T1	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Boa diferenciação substância branca e cinzenta	Cobrir parênquima de lado a lado	Espessura $\leq$ 6 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
Axial Flair	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Boa diferenciação substância branca e cinzenta	Cobrir da transição craniovertebral até a alta convexidade e seio sagital superior	Espessura $\leq$ 6 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
Axial T2	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo Boa diferenciação substância branca e cinzenta	Cobrir da transição craniovertebral até a alta convexidade e seio sagital superior	Espessura $\leq$ 6 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
Coronal T2	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo Boa diferenciação substância branca e cinzenta	Cobrir do lobo frontal até o fim do lobo occipital	Espessura $\leq$ 6 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm

<b>Axial ou Coronal T2* / GRE</b>	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo Boa susceptibilidade magnética para detectar sangue ou calcificação	Cobrir da transição craniovertebral até a alta convexidade e seio sagital superior. Deve cobrir do lobo frontal até o fim do lobo occipital	Espessura $\leq 6$ mm Gap $\leq 2$ mm Pixel (leitura) $\leq 1.2$ mm
-----------------------------------	---	---	---

Sequência Recomendada	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
<b>Axial Difusão com Mapa da Difusão</b>	Deve-se ter B value $> 800$ s/mm <sup>2</sup> .	Cobrir da transição craniovertebral até a alta convexidade e seio sagital superior	Espessura $\leq 6$ mm Gap $\leq 2.5$ mm Pixel(leitura) $\leq 2.0$ mm

## 2. RM Hipófise / Sela Turca

Sequências Mínimas Obrigatórias	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
<b>Axial T2 ou Axial Flair de todo o Crânio</b>	Líquor deve ser hiper ou hipointenso e homogêneo	Cobrir toda cavidade selar, seios cavernosos e esfenoideais e cisterna supra-selar	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 0.4$ mm Pixel (leitura) $\leq 0.9$ mm
<b>Coronal T2 Fino</b>	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo	Cobrir toda cavidade selar, seios cavernosos e esfenoideais e cisterna supra-selar	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 0.4$ mm Pixel (leitura) $\leq 0.9$ mm

Coronal T1 Fino	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir toda cavidade selar, seios cavernosos e esfenooidal e cisterna supra-selar	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 0.4 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0.9 mm
Sagital T1 Fino	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir toda a hipófise	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 0.4 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0.9 mm Resolução Temporal $\leq$ 35 s
Coronal T1 Fino Dinâmico durante Injeção EV	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo 5 sequências (1 pré e pelo menos 4 pós EV)	Cobrir toda cavidade selar, seios cavernosos e esfenooidal e cisterna supra-selar	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 0.4 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.5 mm
Sagital T1 Fino pós EV	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir toda cavidade selar, seios cavernosos e esfenooidal e cisterna supra-selar	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 0.4 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0.9 mm
Coronal T1 Fino pós EV	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir toda cavidade selar, seios cavernosos e esfenooidal e cisterna supra-selar	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 0.4 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0.9 mm

### 3. RM Órbitas

Sequências Mínimas Obrigatórias	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
<b>Axial T2 ou Axial Flair de todo o Crânio</b>	Líquor deve ser hiper ou hipointenso e homogêneo Boa diferenciação substância branca e cinzenta	Cobrir da transição craniovertebral até a alta convexidade parenquimatosa e seios sagital superior	Espessura $\leq$ 6 mm Gap $\leq$ 2.0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
<b>Coronal T2 Fino</b>	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo	Cobrir da pálpebra até a metade da ponte	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
<b>Coronal T1 Fino</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir da pálpebra até a metade da ponte	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
<b>Axial T2 Fino</b>	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo	Cobrir do terço superior do seio maxilar até a pálpebra superior	Espessura $\leq$ 3 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
<b>Axial T1 Fino</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir do terço superior do seio maxilar até a pálpebra superior	Espessura $\leq$ 3 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm

<b>Coronal T1 Fino pós EV com Supressão de Gordura</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea	Cobrir da pálpebra até a metade da ponte	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm
<b>Axial T1 Fino pós EV com Supressão de Gordura</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea	Cobrir do terço superior do seio maxilar até a pálpebra superior	Espessura $\leq$ 3 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm

Sequência Recomendada	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
<b>Coronal T2 com Supressão de Gordura ou STIR</b>	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea	Cobrir da pálpebra até a metade da ponte	Espessura $\leq$ 3 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.2 mm

#### 4. RM Orelhas / Ouvidos / Conduto Auditivo Interno

Sequências Mínimas Obrigatórias	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
<b>Axial T2 ou Axial Flair de todo o Crânio</b>	Líquor deve ser hiper ou hipointenso e homogêneo. Boa diferenciação substância	Cobrir da transição craniovertebral até a alta convexidade parenquimatosa e seios sagital superior	Espessura $\leq$ 6 mm Gap $\leq$ 2.0 mm

	branca e cinzenta		Pixel (leitura) $\leq 1.2$ mm
<b>Coronal T2 Fino</b>	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo Boa visualização dos 7º e 8º pares cranianos	Cobrir toda a mastoide até o forame jugular	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 0.4$ mm Pixel (leitura) $\leq 0.9$ mm
<b>Coronal T1 Fino sem Supressão de Gordura sem EV</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Boa visualização dos 7º e 8º pares cranianos	Cobrir toda a mastoide até o forame jugular	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 0.4$ mm Pixel (leitura) $\leq 0.9$ mm
<b>Coronal T1 Fino com Supressão de Gordura e com EV</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea Boa visualização dos 7º e 8º pares cranianos	Cobrir toda a mastoide até o forame jugular	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 0.4$ mm Pixel (leitura) $\leq 0.9$ mm
<b>Axial T1 Fino com Supressão de Gordura e com EV</b>	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea Boa visualização dos 7º e 8º pares cranianos	Cobrir toda a mastoide até o forame jugular	Espessura $\leq 3$ mm Gap $\leq 1.2$ mm Pixel (leitura) $\leq 1.2$ mm

Sequência Recomendada	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
Coronal ou Axial CISS / FIESTA	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo Voxel deve ser isotrópico ou quase isotrópico para reconstruções multiplanares nítidas Boa visualização dos 7º e 8º pares cranianos	Cobrir todo CAI e labirinto membranoso	Espessura $\leq 1.2$ mm Gap = 0 mm (zero gap) Pixel (leitura) $\leq 0.8$ mm

## 5. RM Pescoço

Sequências Mínimas Obrigatórias	Contraste da imagem	Cobertura anatômica	Resolução espacial
Sagital T1	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir pescoço de lado a lado Sequencia para programar demais cortes	Espessura $\leq 7$ mm Gap $\leq 2$ mm Pixel(leitura) $\leq 1.2$ mm
Coronal T2	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo	Cobrir do lábio à margem posterior da coluna vertebral	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 2$ mm Pixel (leitura) $\leq 1.5$ mm

Coronal T1	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir do lábio à margem posterior da coluna vertebral	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 1.2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.5 mm
Axial T2	Líquor deve ser hiperintenso e homogêneo	Cobrir do assoalho do seio esfenoidal ao ápice pulmonar	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.5 mm
Axial T1	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo	Cobrir do assoalho do seio esfenoidal ao ápice pulmonar	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.5 mm
Coronal T1 com ou sem Supressão de Gordura e com EV	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea	Cobrir do lábio à margem posterior da coluna vertebral	Espessura $\leq$ 4 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.5 mm
Axial T1 com ou sem Supressão de Gordura e com EV	Líquor deve ser hipointenso e homogêneo Supressão de gordura deve ser homogênea	Cobrir do assoalho do seio esfenoidal ao ápice pulmonar	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 2 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1.5 mm



PROTÓCOLOS INICIAIS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  
MEDICINA INTERNA – PADI NORMA 1

1. Pelve Feminina (Doença Uterina Ou Anexial)

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
Plano axial de fluido brilhante (T2) sem ou com supressão de gordura	Deve ter boa definição dos órgãos	Deve incluir desde as cristas ilíacas até o introito vaginal. Deve incluir as paredes da pelve	Espessura de corte $\leq 7.0$ mm Gap $\leq 1,5$ mm Pixel (fase) $\leq 1.2$ mm	
Plano sagital de alta resolução com fluido brilhante (T2) sem ou com supressão de gordura	As zonas anatômicas do corpo e colo do útero devem estar claramente definidas	Deve incluir todo o útero, colo do útero, anexos e paredes da pelve	Espessura de corte $\leq 5,0$ mm Gap $\leq 1,5$ mm Pixel (fase) $\leq 1.2$ mm	

<p><b>Plano coronal de alta resolução com fluido brilhante (T2) sem ou com supressão de gordura, preferencialmente em sequência 3D</b></p>	<p>As zonas anatômicas do corpo e colo do útero devem estar claramente definidas</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas até o introito vaginal. Deve incluir as paredes da pelve</p>	<p>CASO 3D Espessura de corte 1 a 1.2 mm Gap 0.0 mm Pixel (fase) ≤ 1,2 mm</p>	<p>Caso sequência FSE ou TSE: Espessura de corte ≤ 5,0 mm Gap ≤ 1,5 mm Pixel (fase) ≤ 1,2 mm</p>
<p><b>Plano axial em fase / fora de fase (T1)</b></p>	<p>A gordura deve ter hiperssinal O conteúdo líquido deve ser escuro</p>	<p>Deve cobrir toda a estrutura óssea da pelve no eixo latero-lateral e antero-posterior</p>	<p>Espessura de corte ≤ 7,0 mm Gap ≤ 1,5 mm Pixel (fase) ≤ 1.2 mm</p>	
<p><b>Plano sagital ou axial com supressão de gordura e fluido escuro (T1) Pré-contraste</b></p>	<p>O tecido adiposo precisa ter hipossinal. A saturação de gordura deve ser homogênea. Todos os parâmetros da sequência devem ser idênticos ao pós-contraste.</p>	<p>O sagital deve incluir todo o útero, colo do útero, anexos e paredes da pelve O axial deve incluir todo o útero, colo do útero, anexos e estrutura óssea da pelve no eixo latero-lateral e antero-posterior</p>	<p><b>Se sagital:</b> Espessura de corte ≤ 5,0 mm Gap ≤ 1.5 mm Pixel (fase) ≤ 1,2 mm</p>	<p><b>Se axial:</b> Espessura de corte ≤ 5,0 mm Gap ≤ 1,5 mm Pixel (fase) ≤ 1,2 mm</p>

<p>Plano sagital ou axial com fluido escuro (T1) e supressão de gordura Pós-contraste</p>	<p>O tecido adiposo precisa ter hipossinal. A saturação de gordura deve ser homogênea. Todos os parâmetros da sequência devem ser idênticos ao pré-contraste. Deve demonstrar realce uterino satisfatório.</p>	<p>Sagital deve cobrir o útero, colo do útero, anexos e sidewalls pélvicas Axial deve cobrir toda a pelve boney lateralmente e antero-posterior</p>	<p><b>Se sagital:</b> Espessura de corte <math>\leq 5,0</math> mm Gap <math>\leq 1.5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>	<p><b>Se axial:</b> Espessura de corte <math>\leq 5,0</math> mm Gap <math>\leq 1,5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>
---	--	---	--	--

## 2. Pelve masculina geral (excluindo-se estadiamento de câncer de próstata e avaliação multiparamétrica)

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
<p>Plano axial de fluido brilhante (T2) sem supressão de gordura</p>	<p>Deve ter boa definição dos órgãos</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas à borda anal. Deve incluir as paredes da pelve</p>	<p>Espessura de corte <math>\leq 7</math>mm Gap <math>\leq 1,5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1.2</math> mm</p>	
<p>Plano sagital de alta resolução com fluido brilhante (T2), sem ou com supressão de gordura</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas até a borda anal. Deve incluir as paredes da pelve</p>	<p>Deve cobrir toda a próstata e vesículas seminais</p>	<p>Espessura de corte <math>\leq 5</math> mm. Gap <math>\leq 1,5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>	

<p>Plano coronal de alta resolução com fluido brilhante (T2) sem ou com supressão de gordura, preferencialmente em sequência 3D</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas até a borda anal. Deve incluir as paredes da pelve</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas à borda anal. Deve incluir as paredes da pelve</p>	<p>CASO 3D Espessura de corte 1 a 1.2 mm Gap 0.0 mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>	<p>Caso sequência FSE ou TSE: Espessura de corte <math>\leq 5,0</math> mm Gap <math>\leq 1,5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>
<p>Plano axial de alta resolução com fluido escuro (T1) e supressão de gordura pré-contraste</p>	<p>O tecido adiposo precisa ter hipossinal. A saturação de gordura deve ser homogênea. Todos os parâmetros da sequência devem ser idênticos ao pós-contraste</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas à borda anal. Deve incluir as paredes da pelve.</p>	<p>Espessura de corte <math>\leq 5,0</math> mm Gap <math>\leq 1.5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>	
<p>Plano axial de alta resolução com fluido escuro (T1) e supressão de gordura pós-contraste</p>	<p>O tecido adiposo precisa ter hipossinal. A saturação de gordura deve ser homogênea. Deve apresentar realce prostático satisfatório Todos os parâmetros da sequência devem ser idênticos ao pré-contraste</p>	<p>Deve incluir desde as cristas ilíacas à borda anal. Deve incluir as paredes da pelve.</p>	<p>Espessura de corte <math>\leq 5,0</math> mm Gap <math>\leq 1,5</math> mm Pixel (fase) <math>\leq 1,2</math> mm</p>	

### 3. Abdome superior rotina

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
Plano axial em fase / fora de fase, líquido escuro (T1)	Deve demonstrar adequado contraste hepatoesplênico. Deve demonstrar perda de sinal adequada na sequência fora de fase. Deve demonstrar boa definição dos órgãos.	Deve cobrir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 7$ mm Gap $\leq 1,5$ mm Pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	
Plano axial com TE longo de fluido brilhante (T2), sem supressão de gordura	Deve ter boa discriminação do fígado em relação à árvore biliar. Deve ter boa definição dos órgãos.	Deve incluir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 7$ mm Gap $\leq 1,5$ mm Pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	
Plano coronal com TE longo de fluido brilhante (T2), sem supressão de gordura	Deve ter boa discriminação do fígado em relação à árvore biliar. Deve ter boa definição dos órgãos.	Deve incluir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 7$ mm Gap $\leq 1,5$ mm Pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	

Plano axial 3D de fluido escuro (T1), com supressão de gordura	Deve ter boa definição dos órgãos. A saturação de gordura deve ser homogênea. Deve ter pelo menos quatro fases: 1. Pré-contraste 2. Parenquimatosa arterial 3. Venosa portal 4. Equilíbrio ou tardia	Deve cobrir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 6$ mm Gap 0.0 Pixel (fase) $\leq 2,0$ mm	
--	--	------------------------------	---	--

#### 4. Abdome superior com ênfase em pâncreas e vias biliares

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
Plano axial em fase / fora de fase, líquido escuro (T1)	Deve demonstrar adequado contraste hepatoesplênico.  Deve demonstrar perda de sinal adequada na sequência fora de fase. Deve demonstrar boa definição dos órgãos.	Deve cobrir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 7$ mm Gap $\leq 1,5$ mm Pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	
Plano axial com TE longo de fluido brilhante (T2) sem	Deve ter boa discriminação do fígado em relação à árvore biliar.	Deve incluir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 7$ mm	

supressão de gordura	Deve ter boa definição dos órgãos.		Gap $\leq$ 1,5 mm Pixel (fase) $\leq$ 2.0 mm	
Plano coronal com TE longo de fluido brilhante (T2), sem supressão de gordura	Deve ter boa discriminação do fígado em relação à árvore biliar. Deve ter boa definição dos órgãos.	Deve incluir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq$ 7 mm Gap $\leq$ 1,5 mm Pixel (fase) $\leq$ 2.0 mm	
Plano axial fino do pâncreas com TE longo de fluido brilhante (T2)	Deve ter boa discriminação do pâncreas em relação ao sistema ductal. Deve ter boa definição dos órgãos.	Deve incluir o pâncreas inteiro	Espessura de corte $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 1,5 mm Pixel (fase) $\leq$ 2.0 mm	
Colangio RM 3D ou 2D	Pode realizar uma sequência 3D ou 2D para a Colangio RM Deve ter bom contraste do fluido	Deve cobrir a árvore biliar central, incluindo os ramos de segunda ordem e todo o pâncreas	<b>3D</b> Espessura de corte $\leq$ 2 mm Pixel (fase) $\leq$ 2.0 mm	<b>2D GROSSA</b> Espessura de cort $>$ 40 mm, $<$ 60 mm  Gap 0.0 Pixel (fase) $\leq$ 2.0 mm

Plano axial 3D de fluido escuro com supressão de gordura (T1)	Deve ter boa definição dos órgãos. A saturação de gordura deve ser homogênea. Deve ter pelo menos quatro fases: 1. Pré-contraste 2. Parenquimatosa arterial 3. Venosa portal 4. Equilíbrio ou tardia	Deve cobrir o fígado inteiro	Espessura de corte $\leq 6$ mm Gap 0.0 Pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	
---	--	------------------------------	---	--

## 5. Renal

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
Plano axial com líquido brilhante (T2)	Deve ter boa discriminação entre o rim e o sistema de coletor.	Axial deve incluir as glândulas adrenais e rins por completo.	Espessura de corte $\leq 7,0$ mm Gap $\leq 1,5$ mm In plane pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	
Plano coronal fino com líquido brilhante (T2)	Deve ter boa discriminação entre o rim e o sistema de coletor.	Axial deve incluir as glândulas adrenais e rins por completo.	Espessura de corte $\leq 5,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (fase) $\leq 2.0$ mm	



Plano axial em fase / fora de fase fluido escuro (T1)	<p>Deve ter boa discriminação córtico-medular</p> <p>Deve ter boa definição de tecidos circundantes</p>	Deve incluir as glândulas adrenais e rins por completo	<p>Espessura de corte <math>\leq 7</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,5</math> mm</p> <p>In plane pixel (fase) <math>\leq 2.0</math> mm</p>	
Plano axial 3D de fluido escuro (T1) com supressão de gordura	<p>Deve ter boa definição dos órgãos. Deve ter pelo menos quatro fases:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pré-contraste</li> <li>2. Parenquimatosa arterial</li> <li>3. Venosa portal</li> <li>4. Equilíbrio ou tardia</li> </ol>	Deve cobrir o fígado inteiro	<p>Espessura de corte <math>\leq 6,0</math> mm</p> <p>Gap 0.0</p> <p>Pixel (fase) <math>\leq 2.0</math> mm</p>	

Nos aparelhos que possuem o recurso, particularmente em pacientes oncológicos, faz-se necessária a realização de sequências de difusão com seus respectivos mapas de ADC, seguindo essas especificações:

## 6. Abdome Superior

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
Plano axial DWI e MAPA	Deve-se obter ao menos 1	Deve incluir o fígado inteiro.	Espessura de corte	

DE ADC	B value alto, no plano axial, sendo o recomendado $B > 600 \text{ s/mm}^2$		$\leq 7 \text{ mm}$  Gap $\leq 1 \text{ mm}$ Pixel (fase) $\leq 2.0 \text{ mm}$	
--------	--	--	--	--

## 7. Pelve

Sequências necessárias	Sequência de pulso e contraste da imagem	Cobertura anatômica e planos de corte	Resolução espacial	
Plano axial DWI E MAPA DE ADC	Deve-se obter ao menos 1 B value alto, no plano axial, sendo o recomendado $B > 600 \text{ s/mm}^2$	Deve cobrir toda a pelve, no eixo laterolateral e antero-posterior	Espessura de corte $\leq 5,0 \text{ mm}$  Gap $\leq 1.0 \text{ mm}$ Pixel (fase) $\leq 1.2 \text{ mm}$	

OBS: Caso os pedidos sejam de Abdome total, em bobinas onde há perda de sinal na periferia da sequência, deve-se incluir nos protocolos outras duas sequências para estudo da região intermediária, na transição abdômino-pélvica: plano axial com T2 longo e sem supressão de gordura e axial com fluido escuro e saturação de gordura no pós-contraste

PROTOCOLOS INICIAIS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  
MUSCULOESQUELÉTICO – PADI NORMA 1

1. RM Coluna Cervical

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Sagital T1</b>	Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal.	Deve cobrir da transição craniovertebral até D1 no mínimo. Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,1 mm
<b>Sagital T2</b>	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal.	Deve cobrir da transição crânio-vertebral até D1 no mínimo. Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,1 mm
<b>Axial T2 e / ou T2*</b>	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal / raízes neurais	Podem ser contíguos ou angulados. Cobertura mínima de C2-C3 a C7-D1	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,0 mm

Sequência recomendada	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Sagital T2 com supressão de gordura / STIR</b>	Supressão de gordura deve ser homogênea. Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal.	Deve cobrir da transição crânio-vertebral até D1 no mínimo. Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,1$ mm Pixel (fase) $\leq 1,2$ mm

## 2. RM Coluna Torácica

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Sagital T1</b>	Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	Deve cobrir da transição cervicotorácica até L1, no mínimo. Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,2$ mm
<b>Sagital T2</b>	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a	Deve cobrir da transição cervicotorácica até L1, no mínimo. Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,2$ mm

	medula espinhal		mm
<b>Axial T2 e / ou T2*</b>	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	Podem ser contíguos ou angulados Cobertura mínima de C7-D1 a D12-L1	Espessura $\leq$ 5,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,1 mm
<b>Sequência recomendada</b>	<b>Contraste Tecidual</b>	<b>Cobertura Anatômica</b>	<b>Resolução Espacial</b>
<b>Coronal ou Sagital T2 com supressão de gordura / STIR</b>	Supressão de gordura deve ser homogênea. Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	Deve cobrir da transição cervicotorácica até L1, no mínimo Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,2 mm Pixel (fase) $\leq$ 1,2 mm

### 3. RM Coluna Lombar

<b>Sequências mínimas obrigatórias</b>	<b>Contraste Tecidual</b>	<b>Cobertura Anatômica</b>	<b>Resolução Espacial</b>
--	---------------------------	----------------------------	---------------------------

Sagital T1	Líquor deve ser hipointenso em relação ao cone medular e raízes neurais. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e o cone medular / raízes neurais	Deve cobrir de D12 a S2, no mínimo Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,2$ mm
Sagital T2	Líquor deve ser hiperintenso em relação ao cone medular e raízes neurais. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e o cone medular / raízes neurais	Deve cobrir de D12 a S2, no mínimo Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,2$ mm
Axial T2 e / ou T2*	Líquor deve ser hiperintenso em relação às raízes neurais Deve haver contraste tecidual entre o líquido, a gordura epidural e as raízes neurais	Podem ser contíguos ou angulados Cobertura mínima de L1-L2 a L5-S1	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,0$ mm
<b>Sequência recomendada</b>	<b>Contraste Tecidual</b>	<b>Cobertura Anatômica</b>	<b>Resolução Espacial</b>
Coronal ou Sagital T2 com supressão de gordura / STIR	Supressão de gordura deve ser homogênea. Líquor deve ser hiperintenso em relação às raízes neurais. Deve haver contraste tecidual entre o líquido, a gordura epidural e as raízes neurais	Deve cobrir de D12 a S2, no mínimo Lateralmente, deve incluir os forames intervertebrais	Espessura $\leq 5,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,2$ mm Pixel (fase) $\leq 1,2$ mm

#### 4. RM Coluna Sacrococcígea

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Sagital T1</b>	<p>Deve haver uma boa diferenciação corticomedular.</p> <p>Os planos capsulares sacrococcígeos distais têm que ser bem definidos.</p> <p>Deve haver uma boa diferenciação das estruturas ósseas com os planos adjacentes.</p> <p>Deve haver bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos</p>	Deve cobrir da transição lombossacra até o cóccix distal	<p>Espessura <math>\leq 4,0</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,0</math> mm</p> <p>Pixel (leitura) <math>\leq 1,0</math> mm</p>
<b>Sagital T2 Fat / STIR</b>	<p>Supressão de gordura deve ser homogênea.</p> <p>Edema ósseo deve ser facilmente identificado</p>	Deve cobrir da transição lombossacra até o cóccix distal	<p>Espessura <math>\leq 4,0</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,0</math> mm</p> <p>Pixel (leitura) <math>\leq 1,2</math> mm</p>
<b>Axial T2 FAT /STIR</b>	<p>Supressão de gordura deve ser homogênea</p> <p>Edema ósseo deve ser facilmente identificado.</p>	Se exame direcionado ao sacro, deve cobrir todo o plano sacral. Se exame direcionado ao cóccix, deve incluir o mesmo.	<p>Espessura <math>\leq 5,0</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,0</math> mm</p> <p>Pixel (leitura) <math>\leq 1,2</math> mm</p>

## 5. RM Articulações Sacroilíacas

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Coronal T1</b>	<p>Deve haver uma boa diferenciação corticomedular.</p> <p>Erosões ósseas devem ser facilmente identificadas.</p> <p>Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos</p>	Deve englobar totalmente ambas as articulações sacroilíacas	<p>Espessura <math>\leq 5,0</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,0</math> mm</p> <p>Pixel (leitura) <math>\leq 1,0</math> mm</p>
<b>Coronal T2 Fat / STIR</b>	<p>Supressão de gordura deve ser homogênea.</p> <p>Edema ósseo deve ser facilmente identificado</p>	Deve englobar totalmente ambas as articulações sacroilíacas	<p>Espessura <math>\leq 5,0</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,0</math> mm</p> <p>Pixel (leitura) <math>\leq 1,1</math> mm</p>
<b>Axial T1</b>	<p>Deve haver uma boa diferenciação corticomedular.</p> <p>Erosões ósseas devem ser facilmente identificadas.</p> <p>Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos</p>	Deve englobar totalmente ambas as articulações sacroilíacas	<p>Espessura <math>\leq 5,0</math> mm</p> <p>Gap <math>\leq 1,0</math> mm</p> <p>Pixel (leitura) <math>\leq 1,0</math> mm</p>



Axial T2 FAT / STIR	Supressão de gordura deve ser homogênea Edema ósseo deve ser facilmente identificado.	Deve englobar totalmente ambas as articulações sacroilíacas	Espessura $\leq 5,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1,1$ mm
---------------------	--	---	---

#### 6. RM Coluna Cervical e/ou Torácica para doença medular, incluindo tumores e doenças inflamatórias / desmielinizantes

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Sagital T1	Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica
Sagital T2	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica
Axial T2 e / ou T2*	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica

Sagital T1 com Contraste IV – Recomenda-se fazer com supressão de gordura, mas não é obrigatório	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica
Axial T1 com Contraste IV (com ou sem supressão de gordura)	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica
<b>Sequência Recomendada</b>	<b>Contraste Tecidual</b>	<b>Cobertura Anatômica</b>	<b>Resolução Espacial</b>
Sagital T2 com supressão de gordura / STIR	Supressão de gordura deve ser homogênea. Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica

## 7. RM Coluna Cervical, Torácica ou Lombar para Doenças Ósseas Tumorais e Metastáticas

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Sagital T1</b>	Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal / raízes neurais	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar
<b>Sagital T2</b>	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal / raízes neurais	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar
<b>Axial T2 e / ou T2*</b>	Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal / raízes neurais	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar
<b>Sagital T1 com Contraste IV – Recomenda-se fazer com supressão de gordura, mas não é obrigatório</b>	Supressão de gordura deve ser homogênea Líquor deve ser hipointenso em relação à medula espinhal Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar	A mesma dos protocolos genéricos de RM coluna cervical / torácica / lombar

Sequência Recomendada	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Sagital T2 com supressão de gordura / STIR	Supressão de gordura deve ser homogênea. Sinal da medula espinhal deve ser homogêneo. Líquor deve ser hiperintenso em relação à medula espinhal. Deve haver contraste tecidual entre o líquido e a medula espinhal	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica	A mesma dos protocolos de RM coluna cervical / coluna torácica

## 8. RM Ombro

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Coronal Sensível a líquido (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea Tem que ter boa definição dos tendões supra e infraespinhais. Tem que diferenciar líquido de cartilagem	Tem que ser paralelo ao eixo escapular. Precisa cobrir todo o plano capsular glenoumeral do ombro	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,8 mm
Sagital Sensível a líquido com supressão (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos tendões do manguito rotador	Paralelo à glenoide Tem que ir do colo da glenoide até o fim da tuberosidade maior umeral	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,8 mm

<b>Axial sensível a líquido</b>	Boa definição do labrum. Tem que ter boa definição corticomedular / do trabeculado ósseo. Boa definição do subescapular. Boa definição do bíceps no interior do sulco bicipital	Tem que cobrir da articulação acromioclavicular até o fim da articulação glenoumeral	Espessura $\leq$ 5,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,8 mm
<b>Coronal / Sagital T1</b>	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões do manguito rotador	Conforme acima.	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,8 mm

## 9. RM Cotovelo

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Coronal sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</b>	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos tendões flexores / ext e dos ligamentos colaterais mediais / laterais. Diferenciar líquido de cartilagem	Tem que ser paralelo ao eixo epicondilar. Precisa cobrir todo o plano articular do cotovelo	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,7 mm

Sagital sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Diferenciar líquido de cartilagem. Tem que ter boa definição dos tendões	Tem que ser perpendicular ao eixo epicondilar. Precisa cobrir todo o plano articular do cotovelo	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
Axial sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos tendões e grupamentos musculares. Nervos do cotovelo devem ser bem caracterizados	Tem que cobrir logo acima dos planos dos epicôndilos até a tuberosidade do rádio	Espessura $\leq 5,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
Coronal T1	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões	Tem que ser paralelo ao eixo epicondilar. Precisa cobrir todo o plano articular do cotovelo	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm

## 10. RM Punho

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Coronal sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos ligamentos intrínsecos e da fibrocartilagem	Tem que ser paralelo ao eixo radioulnar. Precisa cobrir todo o plano articular do punho	Espessura $\leq 3,5$ mm Gap $\leq 0,6$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,6$

	triangular.		mm
<b>Sagital sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</b>	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos grupamentos extensores e flexores.	Tem que ser perpendicular ao eixo radioulnar Precisa cobrir todo o plano articular do punho	Espessura $\leq 4$ mm Gap $\leq 0,6$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,6$ mm
<b>Axial sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</b>	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos grupamentos extensores e flexores. Nervo mediano e estruturas do canal de Guyon devem ser bem caracterizados	Tem que incluir pelo menos da articulação radioulnar distal até o plano do gancho do hamato.	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 0,6$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,6$ mm
<b>Coronal T1</b>	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões	Tem que ser paralelo ao eixo radioulnar Precisa cobrir todo o plano articular do punho	Espessura $\leq 3,5$ mm Gap $\leq 0,6$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,6$ mm

## 11. RM Quadril

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
---------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Coronal sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição do labrum, do ligamento redondo, dos planos capsulares. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos junto ao trocanter maior	Tem que ser paralelo ao eixo do colo femoral. Precisa cobrir todo o plano articular do quadril	Espessura $\leq 4,5$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1$ mm
Sagital ou axial oblíquo sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição do labrum acetabular	Precisa cobrir todo o plano articular. Angulação depende se o plano for sagital (reto ou no eixo das paredes acetabulares) ou axial oblíquo (angulado pelo colo do fêmur)	Espessura $\leq 4,5$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1$ mm
Axial sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos grupamentos musculares e tendíneos.	Reto Precisa cobrir do teto acetabular até o trocanter menor.	Espessura $\leq 5,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1$ mm
Coronal T1	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões	Tem que ser paralelo ao eixo do colo femoral. Precisa cobrir todo o plano articular do quadril	Espessura $\leq 4,5$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 1$ mm



## 12. RM BACIA

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Coronal sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição das estruturas articulares. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares	Tem que ser paralelo ao eixo entre as cabeças femorais. Precisa cobrir os planos articulares dos quadris	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 1 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,3 mm
Coronal T1	Boa definição do trabeculado ósseo / corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Bom contraste tecidual entre músculos e tendões	Tem que ser paralelo ao eixo entre as cabeças femorais. Precisa cobrir os planos articulares dos quadris	Espessura $\leq$ 5,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,2 mm
Axial sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea Tem que ter boa definição dos grupamentos musculares e tendíneos.	reto, orientado pelo plano entre as cabeças femorais. Precisa cobrir das articulações sacroilíacas até os trocanteres maiores	Espessura $\leq$ 5,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,3 mm
Axial T1	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Bom contraste tecidual entre músculos e tendões	reto, orientado pelo plano entre as cabeças femorais. Precisa cobrir das articulações sacroilíacas até os trocanteres maiores	Espessura $\leq$ 5 mm Gap $\leq$ 1 mm Pixel (leitura) $\leq$ 1,2 mm

### 13. RM Joelho

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
<b>Coronal sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</b>	Supressão tem que ser homogênea Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos meniscos e dos ligamentos. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares	Tem que ser paralelo ao eixo posterior dos côndilos femorais. Precisa cobrir todo o plano articular do joelho	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
<b>Sagital oblíquo sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</b>	Supressão tem que ser homogênea Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos meniscos e dos ligamentos. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares	Precisa cobrir todo o plano articular. Tem que ser perpendicular ao eixo posterior dos côndilos femorais.	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
<b>Axial sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</b>	Supressão tem que ser homogênea Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos ligamentos. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares	Reto Precisa cobrir do tendão quadricipital distal até a tuberosidade anterior da tibia	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm

Coronal ou Sagital T1	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões	Conforme acima	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
-----------------------	---	----------------	---

#### 14. RM Tornozelo

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Coronal sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos planos ligamentares. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e da fáscia plantar	Tem que ser paralelo ao eixo tibiofibular distal. Precisa cobrir da origem da fáscia lata até pelo menos o navicular	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
Sagital oblíquo sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa diferenciação entre líquido e cartilagem. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos / musculares e da fáscia plantar	Precisa cobrir todo o plano articular.	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm
Axial sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos ligamentos. Tem que ter boa definição dos grupamentos	Reto ou levemente angulado, de acordo com o posicionamento e o tipo de bobina. Imagens devem incluir o pilão tibial e a sindesmose	Espessura $\leq 4,0$ mm Gap $\leq 1,0$ mm Pixel (leitura) $\leq 0,7$ mm

ou STIR)	tendíneos e musculares. Boa definição das estruturas neurovasculares do túnel do tarso		mm
Sagital T1	Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões	Precisa cobrir todo o plano articular.	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1,0 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,7 mm

### 15. RM Antepé

Sequências mínimas obrigatórias	Contraste Tecidual	Cobertura Anatômica	Resolução Espacial
Eixo curto sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares. Pequenos derrames articulares e distensões líquidas das bursas intermetatársicas devem ser facilmente caracterizáveis	Tem que ser perpendicular ao eixo do médio / antepé. Cobertura depende da solicitação clínica e do local da dor	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,7 mm
Sagital sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)	Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição das placas plantares. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares	Pode ser direcionado o local da dor. Tem que ser paralelo ao plano dos metatarsos	Espessura $\leq$ 4,0 mm Gap $\leq$ 1 mm Pixel (leitura) $\leq$ 0,7 mm

<p>Eixo longo sensível a líquido com supressão de gordura (T2 / DP fat sat ou STIR)</p>	<p>Supressão tem que ser homogênea. Tem que ter boa definição dos grupamentos tendíneos e musculares</p>	<p>Deve ser angulado pelo plano dos metatarsos, que devem ser englobados nas imagens, incluindo as articulações metatarsofalângicas</p>	<p>Espessura <math>\leq 4,0</math> mm Gap <math>\leq 1</math> mm Pixel (leitura) <math>\leq 0,7</math> mm</p>
<p>Eixo curto T1</p>	<p>Boa definição do trabeculado ósseo / diferenciação corticomedular. Bom contraste tecidual dos planos gordurosos com os planos não gordurosos. Boa diferenciação entre os ventres musculares e os tendões. Neuromas interdigitais devem ser bem visualizados</p>	<p>Tem que ser perpendicular ao eixo do médio / antepé Cobertura depende da solicitação clínica e do local da dor</p>	<p>Espessura <math>\leq 4,0</math> mm Gap <math>\leq 1</math> mm Pixel (leitura) <math>\leq 0,7</math> mm</p>